

The background of the slide is a light beige, textured surface resembling aged paper. It is decorated with numerous black ink splatters and dots of varying sizes, primarily concentrated on the left side and scattered across the upper half of the page.

RaPeVA e impianto di PICC

Mauro Pittiruti

RaPeVA

La scelta del lato e la scelta della vena rappresentano un passaggio essenziale per un impianto efficace e a basso rischio di complicanze


Per una scelta ottimale, è fondamentale una accurata esplorazione ecografica di entrambe le braccia

Non esiste una scelta predefinita, ma ogni paziente presenta caratteristiche anatomiche e cliniche che impongono una scelta ragionata volta per volta

RaPeVA


Anche qui occorre un protocollo preciso:

Rapid Peripheral Vein Assessment




1

v.cefalica
al gomito




2

a. e vv.
brachiali
al gomito




3

v.basilica
nel suo
decorso
verso l'alto




4

fascio nervo
vascolare
(a.+vv.
brachiali
+ n.mediano)




5

v.cefalica



6

v.ascellare
in sede sotto
claveare



7

v.succlavia
in sede sopra
claveare
+ v.giug.int.
+ v.anonima

RaPeVA

Un protocollo ben definito e sistematico per l'esame delle vene del braccio e della zona sopra/sottoclaveare è assai utile per scegliere lato, vena e livello, prima dell'impianto di un PICC.